GLIDESCOPE® TITANIUM SNELSTARTGIDS

VOOR DE HERBRUIKBARE BLADEN VAN HET GLIDESCOPE TITANIUM-SYSTEEM

Bij gebruik van de herbruikbare Titanium-bladen kiest u de GlideScope-videokabel met twee ronde kunststof connectoren *(zie AFBEELDING 1)*.

AFBEELDING 1

1. BEVESTIG DE VIDEOKABEL AAN DE MONITOR EN AAN HET BLAD

a. Kies het GlideScope-videolaryngoscoopblad dat geschikt is voor de patiënt.

b. Als u de videokabel op de poort aan de achterkant van de monitor wilt aansluiten, lijnt u de pijl op de videokabel uit met de pijl op de poort en het inzetstuk *(zie AFBEELDING 2)*. U hoort een klikgeluid als de kabel goed is aangesloten.

c. Als u het andere uiteinde van de videokabel op het blad wilt aansluiten, lijnt u de pijl op de videokabel uit met de pijl op het blad en het inzetstuk. U hoort een klikgeluid als de kabel goed is aangesloten.

AFBEELDING 2



2. HET GLIDESCOPE-SYSTEEM VOORBEREIDEN

a. Schakel het systeem in door op de aan/uit-knop te drukken *(zie AFBEELDING 3)*.

b. Verzeker u ervan dat het systeem goed werkt door te controleren of het weergegeven beeld op de monitor van de videolaryngoscoop(blad)camera is. Een klein deel van het blad kan zichtbaar zijn in de linkerbovenhoek of bovenkant van het scherm.

c. Laat de GlideScope Reveal™-anticondensatiefunctie indien nodig opwarmen gedurende 30–120 seconden.

AFBEELDING 3



ZIE DE ACHTERKANT VOOR INFORMATIE OVER HET AANSLUITEN VAN DE BLADEN VOOR EENMALIG GEBRUIK VAN HET TITANIUM-SYSTEEM.

GLIDESCOPE® TITANIUM SNELSTARTGIDS

VOOR DE BLADEN VOOR EENMALIG GEBRUIK VAN HET GLIDESCOPE TITANIUM-SYSTEEM

Bij gebruik van de Titanium-bladen voor eenmalig gebruik kiest u de GlideScope-smart cable met een ronde kunststof connector en een metalen connector *(zie AFBEELDING 1)*.

AFBEELDING 1



1. BEVESTIG DE SMART CABLE AAN DE MONITOR EN AAN HET BLAD

a. Kies het GlideScope-videolaryngoscoopblad dat geschikt is voor de patiënt.

b. Als u de smart cable op de poort aan de achterkant van de monitor wilt aansluiten, lijnt u de pijl op de kunststof connector van de smart cable uit met de pijl op de poort en het inzetstuk *(zie AFBEELDING 2)*. U hoort een klikgeluid als de kabel goed is aangesloten.

c. Als u het andere uiteinde van de smart cable op het blad wilt aansluiten, lijnt u de pijl op de metalen connector van de smart cable uit met de pijl op het blad en het inzetstuk.

AFBEELDING 2



2. HET GLIDESCOPE-SYSTEEM VOORBEREIDEN

a. Schakel het systeem in door op de aan/uit-knop te drukken *(zie AFBEELDING 3)*.

b. Verzeker u ervan dat het systeem goed werkt door te controleren of het weergegeven beeld op de monitor van de videolaryngoscoop(blad)camera is. Een klein deel van het blad kan zichtbaar zijn in de linker bovenhoek of bovenkant van het scherm.

c. Laat de LED indien nodig 30-120 seconden opwarmen om condensatie te voorkomen.

AFBEELDING 3



VERATHON MEDICAL
verathon.com
glidescope.com

Wereldwijd hoofdkantoor:
Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011, VS
Tel: +1 800.331.2313 (uitsluitend VS en Canada)
Tel: +1 425.867.1348 Fax: +1 425.883.2896

Fabrikant:
Verathon Medical (Canada) ULC
2227 Douglas Road
Burnaby, British Columbia
Canada, V5C 5A9

EC REP
EG-vertegenwoordiger:
Verathon Medical (Europe) B.V.
Linnaeusweg 11
3401 MS IJsselstein, Nederland
Tel: +31 (0)30 68 70 570
Fax: +31 (0)30 68 70 512

GlideScope, het GlideScope-symbool, Reveal, Verathon en het Verathon Torch-symbool zijn handelsmerken van Verathon Inc. ©2014 Verathon Inc.
GlideScope-videolaryngoscoopsystemen zijn CE-gecertificeerd in overeenstemming met de Richtlijn Medische Hulpmiddelen en het kwaliteitssysteem van Verathon Inc. is goedgekeurd volgens de ISO 13485:2003-normen.

EUSM-0593-00-60